



Date d'intervention :

25.09.2024

EXTERIEUR



INTERIEUR



ACCES SUR RDV



SITE D'INTERVENTION

Nom : CONSERVATOIRE AUTOMOBILE
Emplacement : Facade arrière gauche
24 Carreau de la Tourne
Adresse :
Ville - Dép. : (FAULQUEMONT) CRÉHANGE 57
Contact : Laura WEISSE
Tél/mail : 06-73-53-59-72

Contact administratif - financier

Nom : DUF / C.C. du District Urbain de Faulquemont
Adresse : 1 allée René CASSIN
Ville - CP. : FAULQUEMONT 57380
Contact : Laura WEISSE
Tél/mail : 06-73-53-59-72
l.weisse@dufcc.com

CONFORMITÉ :

DAE

ARMOIRE/SUPPORT

SCÉLLÉ + ÉTIQUETTE SUIVI

NUMÉRO DE SÉRIE DU DAE

OUI (O) / NON (N)

G1L43Q 0053

TESTS

Réalisé avec simulateur N°

T1S11A015

POINTS DE CONTRÔLE

Etat général de l'appareil
Intégrité du sceau d'immunité
Marquage réglementaire
Poignée / état des touches
Visibilité aides graphiques
Témoins : O - pile - Électrodes

OK (X)

X
X
X
X
X
X

Branchement des électrodes

Guides vocaux

Sans délivrance de choc

Délivrance d'un choc

Valeur d'énergie en joules adultes

Valeur d'énergie en joules enfants

OK (X)

X
X
X
X
152
50

OUI

NON

X

absentes

ouvertes

périmées au

OUI

NON

X

absentes

ouvertes

périmées au

OUI

NON

X

péremption proche

autre :

Remplacement électrodes adultes

Motif:

Électrodes de secours



Remplacement électrodes enfants

Motif:

Remplacement pile

Motif:

Piles

Etat
Niveau
Autotest à l'insertion
N° série
Date d'installation
Date limite de remplacement

OK (X)

X
X
X
GT 160 154 D
04-2021
04-2026

ETAT DES ACCESSOIRES

Armoire
Coordonnées CP / facing
Alarme armoire
Chauffage armoire
Lumières armoire
Support
Sacoche
Signalétique / Affiche A3
Trousse de secours réglementaire

OK

PAS OK

X
X
X
X
X
-
X
X
X

Nom du technicien :

Signature :

Georges LANZI

G. LANZI

Signature + cachet client si présent :