



Date d'intervention : 25-09-2024

EXTERIEUR ☐ INTERIEUR ☒ ACCES SUR RDV ☐

SITE D'INTERVENTION	
Nom :	GOLF - CLUB HOUSE
Emplacement :	Coulair, fond à gauche
Adresse :	Av. Jean MONNET
Ville - Dép. :	FAULQUEMONT 57
Contact :	Laura WEISSE
Tél/mail :	06-73-53-59-72

Contact administratif - financier	
Nom :	DUF / C.C. du District Urbain de Faulquemont
Adresse :	1 allée René CASSIN
Ville - CP. :	FAULQUEMONT 57380
Contact :	Laura WEISSE
Tél/mail :	06-73-53-59-72
	l.weisse@dufcc.com

CONFORMITÉ :

DAE

ARMOIRE/SUPPORT

SCÉLLÉ + ÉTIQUETTE SUIVI

N° série du DAE

OUI (O) / NON (N)

O
O
O
058999029307

TESTS

Réalisé avec simulateur N°

T1SMA 015

POINTS DE CONTRÔLE

Mise en marche  
Etat général de l'appareil  
Intégrité du sceau d'immunité  
Marquage réglementaire  
Écran / touches / voyants  
Carte SD

OK (X)

X
X
X
X
X
X
X

Etat des électrodes adultes  
Date de péremption :  
Date de péremption (secours)

X
07-2026

Etat des électrodes enfants  
Date de péremption :

X
07-2026

Piles

Etat/niveau/autotest insertion  
Date d'installation  
Date limite de remplacement  
N° série  
Pile interne - Date

OK (X)

X
09-2024
09-2029
HYB 23-0139
225

ETAT DES ACCESSOIRES

Armoire  
Coordonnées CP / facing  
Alarme armoire  
Chauffage armoire  
Lumières armoire  
Support  
Sacoche  
Signalétique / Affiche A3  
Trousse de secours réglementaire

OK

PAS OK

X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Branchement des électrodes  
Guides vocaux  
Sans délivrance de choc  
Délivrance d'un choc  
Valeur d'énergie en joules

OK (X)

X
X
X
X
X
137

Remplacement électrodes adultes

Motif:

Électrodes de secours

OUI

NON

X	
---	--

☐ absentes

☐ ouvertes

☒ périmées au 09/24

Remplacement électrodes enfants

Motif:

OUI

NON

X	
---	--

☐ absentes

☐ ouvertes

☒ périmées au 09/24

Remplacement pile

Motif:

OUI

NON

X	
---	--

☒ péremption proche

☐ autre : .....

COMMENTAIRES


Nom du technicien :

Signature :

George LANZ  
G. LANZ

Signature + cachet du client
57380 FAULQUEMONT
03 87 81 30 57
golf.faulquemont@giff.fr